

Протокол
об итогах государственных закупок способом запроса
ценовых предложений по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год

г. Нур-Султан

«21» сентября 2021 г.
10 часов 30 минут

- Заказчик: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Нур-Султан, ул.Манаса 17
Организатор: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г.Нур-Султан, ул.Манаса 17
- Государственные закупки способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий и лекарственных средств.

3. Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Нурбеков Баходат Байтлевич

заместитель директора по экономическим вопросам ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Ереп Валентина Васильевна

- Заведующая отделом фармации ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан, член комиссии;

Сергазина Нургуль Газизовна

- Руководитель службы экономики и государственных закупок ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан, член комиссии

Ильясов Ерасыл Муратович

- Начальник отдела государственных закупок ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан, член комиссии

- Цена, выделенная для закупа медицинских изделий составляет:

| № п/з | Наименование | Техническая спецификация | едиц м | Кол- во | Цена за единиц, тенге | Сумма, тенге |
|----------|---|--|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Отсасыватель медицинский с педалью предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. | Отсасыватель медицинский предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Гарантийный срок эксплуатации насоса со дня получения его потребителем не менее 12 месяцев. Технические характеристики: Тип вакуумного насоса - мембранный, не требующий обслуживания - наличие, Тип корпуса аппарата - не подвергающийся коррозии- наличие, Максимальная производительность по воде 8 л/мин, Максимальная производительность по воздуху- не менее 32 л/мин, Максимальное разрежение создаваемое отсасывателем в банке-сборнике не менее 80 кПа., Плавная регулировка разрежения - наличие. Время создания разрежения 60 кПа в банке-сборнике (3 л) - не более 8 с. Внешнее управление - локальная педаль дистанционного включения-выключения, класс защиты - IPX7, Длина кабеля педали дистанционного включения-выключения не менее 2,0 м., Система защиты электродвигателя от перегрузки - наличие, Банки-сборники с предохранительными устройствами от переполнения - Две (по 3 л.), стекло, Возможность использования стандартных стеклянных банок (типа СКО) - наличие, Крепление смкостей на аппарате - на уровне вакуумного насоса в вертикальных направляющих из | шт | 4 | 398 800,00 | 1 595 200,00 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | нержавеющей стали., Прижимы крышек с надежным винтовым механизмом из нержавеющей стали - наличие. Прижим крышки выполняющие функцию ручки для переноса банки-сборника - Наличие. Крышки банок сборников - Цельнолитые армированные резиновые, без съемных уплотнительных и наружных усиливающих элементов., Крышки банок сборников со штицерами из нержавеющей стали для подключения к пациенту трубок с внутренним диаметром от 8 до 12 мм - Наличие. Ручка для переноса отсасывателя- Поворотная. Силиконовая трубка к пациенту с внутренним диаметром 8 мм., длина не менее 2,0 м- 1шт. Потребляемая мощность не более 120 Вт. Габаритные размеры не более 320x350x340 мм., Масса (без банок-сборников), не более 11,0 кг., Отсасыватель медицинский – 1 шт;Банка – сборник объемом 3 л, (емкость для секрета) – 2 шт.; Педаль дистанционного включения-выключения - 1шт. Трубка силиконовая (к пациенту) – 1 шт;Руководство по эксплуатации – 1 шт. | | |
|--|---|--|--|

5. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

| № | Наименование потенциальных поставщиков | Адрес | Дата и время регистрации потенциального поставщика |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | ТОО «Теникс-СК» | г. Петропавловск, ул.Жамбыла 249 | 13.09.2021 11:10 |

6. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения:

| № лота | Наименование | ТОО "Теникс-СК" |
|--------|---|-----------------|
| 1 | Отсасыватель медицинский с педалью предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. | 398800,00 |

7. Отклоненных лотов нет.

8. По результатам закупа комиссия решила:

1) Признать победителем в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

По лоту № 1 – ТОО «Теникс-СК» (г. Петропавловск, ул.Жамбыла 249) на общую сумму – 1 595 200 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч двести) тенге 00 тиын.

9. Несостоявшиеся лоты отсутствуют.

10. Заключить договора с победителями в срок.

Председатель комиссии:

Нурбеков Б.Б.

Члены комиссии:

Ереп В.В.

Сергазина Н.Г.

Ильясов Е.М.